

Số: 137/TM-GĐYK

Cần Thơ, ngày 27 tháng 5 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Trung tâm Giám định Y khoa thành phố Cần Thơ có nhu cầu mua sắm Máy đo thính lực phục vụ công tác chuyên môn, nay Trung tâm Giám định Y khoa thông báo đến Quý Công ty cung cấp có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá Máy đo thính lực đáp ứng các thông số kỹ thuật sau:

1. Chi tiết máy đo thính lực:

STT	Nội dung	Số lượng	Ghi chú
01	<p>a. Hãng: Sibel hoặc tương đương</p> <p>b. Xuất xứ: Tây Ban Nha hoặc tương đương (hợp pháp, giấy tờ lưu hành),</p> <p>c. Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tần số và mức độ+ Tần số chuẩn: 125 – 8000 Hz+ Tần số âm nhạc: 131 – 8372 Hz+ Đường khí: 80 – 110 dB HL+ Đường xương: 50 -70 dB HL+ Trường tự do: 70 -80 dB HL- Tạo nhiễu+ Nhiễu thông thấp AC: 60 - 90 dB HL+ Nhiễu thông thấp BC: 50 – 70 dB HL+ Nhiễu trắng AC: 100 dB SPL+ Giọng nói: 100 dB SPL- Mức độ thấp nhất+ Tất cả các lựa chọn: -10 dB HL- Các mức độ gia tăng+ Chuẩn: 5 dB+ Âm tham khảo: 1 dB+ Độ chính xác tần số: $\pm 1\%$+ Độ chính xác mức độ: $\pm 2\%$ dB SPL- Nhiệt độ làm việc: 5 - 40 °C- Độ ẩm cho phép: <90% (không bão hòa)- Nguồn: 100 - 240V $\pm 10\%$ / 50/60 Hz $\pm 3\%$- Công suất: <50 VA- Kích thước: 390 mm x 260 mm x 105 mm	01	

STT	Nội dung	Số lượng	Ghi chú
	<ul style="list-style-type: none"> - Khối lượng: 2.4 kg khi không có phụ kiện - Chứng nhận: + Cân chỉnh: Thiết bị được cân chỉnh theo chuẩn ISO và ANSIMới 100% d. Tính năng: - Đo thính lực 2 kênh (tai trái & tai phải) - Xác định ngưỡng nghe theo đường khí - Xác định ngưỡng nghe theo đường xương - Đo thính lực trên ngưỡng thuần âm SISI - Đo thính lực bằng cách phát hiện tiếng nói - Giảm nhiễu dải hẹp - Giảm nhiễu trắng - Giảm nhiễu tiếng nói - Đồng bộ giảm nhiễu - Tần số trung gian: 125, 750, 1500 Hz - Tần số âm sắc (Musical frequencies) - Chọn tần số mở rộng - Kích thích dạng xung và liên tục - Điều chế tần số và điều chế biên độ - Tính toán độ mất thính lực - Chẩn đoán theo các tiêu chuẩn của: COUNCIL, IMSS MEXICO, ELI, SAL, KLOCKHOFF, MOH,... - Bộ nhớ của máy có thể lưu đến 1000 bài kiểm tra - Kết nối máy tính qua cổng USB - Phần mềm đo thính lực bản quyền - Hướng dẫn sử dụng & Tài liệu kỹ thuật - Tuân theo tiêu chuẩn IEC60645 e. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt chứng chỉ chất lượng ISO 13485, CE f. Cấu hình của máy - 01 Máy chính - 01 Bộ Chụp tai - 01 Bộ thiết bị đo đường xương - 01 Nút nhấn phản hồi từ bệnh nhân - 01 Cáp kết nối cổng USB - 01 Sách hướng dẫn sử dụng và sử dụng nhanh - 01 Phần mềm SIBELMED W50 g. Chế độ bảo hành, bảo trì: Máy chính 12 tháng 		
Tổng cộng: 01 máy			

2. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

3. Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày làm việc sau khi bên bán đã giao hàng và hoàn tất thủ tục thanh toán (hồ sơ dự thầu, hợp đồng, biên bản bàn giao, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính hợp pháp đúng quy định và chứng từ thanh toán).

4. Thời gian nhận báo giá: từ ngày 28/5/2026 đến hết ngày 03/6/2026.

5. Kính mời nhà thầu quan tâm và đáp ứng nhu cầu nêu trên đề nghị liên hệ và gửi hồ sơ đáp ứng đến Trung tâm Giám định Y khoa thành phố Cần Thơ. Địa chỉ: Số 154 Nguyễn An Ninh, Phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Điện thoại: 02923 821029.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ Mua sắm;
- 02 Phòng thuộc TT;
- Lưu: VT, HS.

GIÁM ĐỐC



Lý Ngọc Trung